

# 仪器设备招标文件

招标书编号：NJMUWJZX-20141120

\_\_\_\_\_公司：

南京医科大学卫生分析检测中心拟采购全自动笼盒清洗机一套（具体配置要求见附件）。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

## 一、 标的简要说明

1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求（见附件）。

2、付款方式：中标价小于等于 20 万人民币的设备，货到验收合格后付全款；中标价大于 20 万人民币的设备，货到验收合格后付 90%，验收合格一年后支付 10%。

3、报价方式：国产设备人民币报价，进口设备如能免税请用美金报价。

## 二、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：

(1) 公司具有法人资格。符合参加本次招标的投标人资格声明。

(2) 公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证、法人授权投标人证明、原厂制造证明。

(3) 报价（含运输、安装、调试费）一览表。

(4) 投标产品对招标文件具体需求的响应对比表。

(5) 设备详细配置、价格及产地；报价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，报价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价采用一次性报价。

(6) 具有详细、全面、切实可行的项目安装实施及验收方案；质保期、培训计划服务、维修响应时间、备品备件优惠承诺。

(7) 从 2010 年起，投标供应商所投产品的销售合同（提供的合同复印件需清晰可见相应合同内容，原件备查）；投标供应商 ISO 体系认证

3、投标文件须密封并在封口加盖公章

### 三、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

本项目采用综合打分法确定中标候选人。评标小组将按下列评分办法进行打分，总分为 100 分，包含以下五个方面：

1、投标报价（40 分）

2、技术参数及性能（34 分）

3、项目实施及验收（3 分）

4、售后服务与培训（15 分）

5、企业经营业绩、财务情况及信誉情况（8 分）

#### 四、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。

1、投标文件是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、招标文件发布时间：2014年11月20日上午9:00~17:00时（北京时间）。招标文件发布地点：南医大卫生分析检测中心。

联系人：南医大卫生分析检测中心条件保障部 朱雪峰

联系电话：86863121

4、投标截止时间：2014年12月3日下午2:00时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达五台校区1号楼346会议室。

特此邀请。

南医大卫生分析检测中心

2014年11月20日

附件:

### 技术参数

1. 外形尺寸 (L×W×H) mm: ≤6000×1500×2000
2. 整机材料要求: 优质 304 不锈钢。
3. 具有智能控制系统。
4. 清洗速度: 大鼠盒每小时不低于 400 只, 小鼠盒每小时不低于 800 只, 并能根据笼盒的清洁程度调节清洗速度。
5. 具有可视窗口, 方便观察设备运行状况。
6. 可选配消毒功能。
7. 设备保修期为 3 年, 保修期后维修只收取材料费, 不收取人工费、上门费等其它费用。